



LA Control Plasma Weak

REF SC082K

C1 6 x 1 ml

Slabá pozitivní lidská plazma pro kontrolu kvality koagulačního testu Lupus Antikoagulans



www.hyphen-biomed.com

155, rue d'Eragny
95000 NEUVILLE SUR OISE
FRANCE
Tel. : +33 (0)1 34 40 65 10
Fax : +33 (0)1 34 48 72 36
info@hyphen-biomed.com

Revize:04_2025

POUŽITÍ:

LA Positive Control Plasma Weak je souprava lyofilizovaných plazem pro kontrolu kvality pro slabý pozitivní výsledek. Používá se pro in vitro koagulační testy Lupus Antikoagulans.

Tato souprava je optimalizována pro testování za použití HEMOCLOT™ LA-S a HEMOCLOT™ LA-C (#CK090K / CK091K / CK094K).

SOUHRN:

„Lupus Antikoagulant (LA)“ je spojený s mnoha klinickými stavy, např.: lupus, trombóza, časté potraty atd., a musí být potvrzen několika testy.

Tyto kontrolní plazmy jsou navrženy pro kontrolu kvality detekce LA v plazmě za použití in vitro koagulačních testů, jako jsou HEMOCLOT™ LA-S a HEMOCLOT™ LA-C (#CK090K / CK091K / CK094K) testy.

REAGENCIE:

LA CONTROL PLASMA souprava obsahuje 6 lahvíček po 0,5 ml lidské plazmy pozitivní na lupus antikoagulans.

C1 LA Control Plasma Weak: Lidská plazma lyofilizovaná, 6 lahvíček po 1 ml.

Pro testování se odkažte na srážecí časy uvedeny na letáku přiloženém k soupravě.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ:

- Kontrolní plazma obsahuje stabilizátory.
- Každá dárcovská jednotka sloužící na přípravu je lidská plazma získaná od zdravých dárců. Byla testována registrovanou metodou na přítomnost povrchového antigenu Hepatitis B, protilátky proti viru Hepatitis C (HCV) a protilátky proti HIV 1 a 2. Všechny tyto testy byly negativní. Nicméně žádný test nemůže kompletně vyloučit přítomnost infekčních látek. Proto musí být považována a také s ní musí být zacházeno jako s potenciálním infekčním materiálem.
- Odpad by měl být zlikvidován podle lokálních předpisů
- S reagiemi zacházejte opatrně, aby nedošlo ke kontaminaci během používání. Zabraňte též odpařování reagiemi. Odpařování způsobuje snížení stability reagiemi v analyzátoru.
- Pro zajištění dobré stability zavírejte lahvíčky jejich vlastními zátkami, nebo je uchovávejte v mikroplastových zkuševkách, do kterých je přenesete z originálních lahvíček v závislosti na způsobu používání.
- Stabilitní studie prováděné po dobu 3 týdnů při teplotě 30°C prokázaly, že reagencie může být přepravována za pokojové teploty po krátkou dobu bez rizika poškození.
- Abyste zajistili stabilitu reagiemi a homogenitu reaktivity, reagiemi rekonstituujte a inkubujte za pokojové teploty.
- Pro dobrou reprodukovatelnost doporučujeme homogenizovat každou lahvíčku před jejím použitím.
- Pro In vitro diagnostické použití.

PŘÍPRAVA REAGENCIE A STABILITA:

Reagencie jsou lyofilizovány ve vakuu v jejich vlastních lahvíčkách. Vyvarujte se ztráty lyofilizátu během otevírání lahvíčky opatrným otevíráním zátky.

Kontroly:

Naředte každou lahvíčku s přesně **0,5 ml destilované vody**. Důkladně promíchejte, dokud se obsah řádně nerozpustí. Nechte stabilizovat při pokojové teplotě (18 - 25°C) po dobu 30min. za občasného promíchání.

Před každým použitím homogenizujte obsah.

Stabilita reagiemi po rekonstituci, pokud nedojde ke kontaminaci nebo odpařování, a pokud je skladována v originální lahvíčce je:

- **24 hodiny** při 2 - 8°C
- **8 hodiny** při pokojové teplotě (18-25°C)
- **7 dní** při -20°C a méně*

*Rozmrazujte pouze jednou co nejrychleji při 37°C. Upravte čas rozmrazování podle objemu reagiemi. Stabilita rozmražené reagiemi by měla být verifikována v pracovních podmínkách laboratoře.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:

Neotevřené reagiemi musí být skladovány při 2-8°C, ve svém originálním balení. Za těchto podmínek jsou stabilní až do doby expirace, která je vytištěna na každé krabici.

REAGENCIE A MATERIÁL POTŘEBNÝ, V KITU NEPŘÍTOMNÝ:

Reagencie:

- Destilovaná voda.
- HEMOCLOT™ LA-S a HEMOCLOT™ LA-C (CK090K / CK091K / CK094K)

Materiál:

- Kalibrované pipety.

NÁVAZNOST KONTROLNÍCH MATERIÁLŮ:

Ke stanovení normalizovaného poměru můžete použít normální zmraženou poolovanou plazmu.

VLASTNOSTI:

LA Control Plasma Weak souprava je navržena pro kvalitu kontroly antikoagulačních testů lupus antikoagulant za použití HEMOCLOT™ LA-S a HEMOCLOT™ LA-C (#CK090K / CK091K / CK094K).

Použití kontrol kvality slouží k validaci shodnosti metody mezi sériemi pro jednu šarži reagiemi. Začlenění kontroly do každé série testů dle pravidel správné laboratorní praxe umožní validaci výsledků testu.

Pokud je výsledek kontroly mimo přijatelné rozmezí, musí být měření opakováno po zkontrolování systému. Proto je vhodnější zkontrolovat správné nastavení měřicího systému před zahájením měření.

Pokud jsou kontroly použity s testy nebo jinými instrumenty od jiného výrobce, měřené hodnoty se mohou lišit v reaktivitě testu a jeho standardizace. Každá laboratoř si musí stanovit a validovat použití této kontroly v předpokládaném rozmezí v specifických podmínkách testu (šarže reagiemi, instrumentu a protokol).

LIMITY:

- Jako všechny lyofilizované plazmy, tak i kontrolní plazmy jsou více či méně po rozpuštění zakalené. Je to způsobeno vlivem plazmatických lipidů, které se po lyofilizaci stanou méně rozpustné a mohou tvořit malou usazeninu.
- Každá plazma s obsahem koagula nebo se známými bakteriální nebo plísňové kontaminace musí být z testování vyřazena.
- Pokud jsou kontroly používány za podmínek jiných, než validovaných výrobcem HYPHEN-Biomed, mohou výsledky mírně kolísat. Laboratoř je odpovědná za validaci kontrol za lokálních analytických podmínek.
- Kontrolní plazmy jsou ovlivněny limity měřicího systému.

REFERENCE:

1. Devreese *et al.* Guidance from the Scientific and Standardization Committee for lupus anticoagulant/antiphospholipid antibodies of the International Society on Thrombosis and Haemostasis. Update of the guidelines for lupus anticoagulant detection and interpretation. J Thromb Haemost. 2020.
2. CLSI Document H60-A: "Laboratory Testing for the Lupus Anticoagulant; Approved Guideline". 2014
3. CLSI Document H21-A5: "Collection, transport, and processing of blood specimens for testing plasma-based coagulation assays and molecular hemostasis assays; approved guideline". 2008.
4. Rauch J. *et al.* Distinguishing lupus anticoagulants from antifactor antibodies using hexagonal phase II phospholipids Thromb Haemost. 1989.

SYMBOLY:

Použité symboly jsou dle ISO 15223-1 standardu, viz dokument definice symbolů.